

KES4022/KES4022A メッセージ一覧

コマンド	説明
*CLR	すべてのイベントレジスタのクリア
*ESR	イベントステータスレジスタの問い合わせ
*IDN	機種名の問い合わせ
*RST	メモリ内容と通信速度以外をイニシャライズ
*SRE	サービスリクエストイネーブルレジスタの設定
*STB	ステータスバイトレジスタの問い合わせ
CONF:COUNT	放電カウンタ動作の設定
CONF:DISP	表示部の明るさの設定
CONF:GUNTRIG	ガントリガ動作の設定
CONF:VOL1	試験終了時のブザー音量設定
CONF:VOL2	アラーム発生時などのブザー音量設定
COUNTSET	放電回数の設定
DSE	デバイスステータスイネーブルレジスタの設定
DSR	デバイスステータスレジスタの問い合わせ
ERR	エラーレジスタの問い合わせ
HEAD	ヘッダと単位の指定
IEC	IEC 厳しさをレベルの設定
INTERVALSET	放電間隔の設定
MEN	試験条件をまとめて設定
MEN:NAME	ユーザ名を設定
MEN:MEMO	コメントを設定
MODE	放電モードの設定
OPERATION	放電試験の設定
POINT	放電ポイントの設定
POLARITY	出力極性の設定
RECALL	メモリ内容のパネル呼び出し
SEQUENCESTEP	ステップ番号の設定
SEQUENCESTEPEND	最終ステップ番号の設定
SILENT	アクノリッジメッセージの設定
STARTV	開始電圧値の設定
STEPV	ステップ電圧値の設定
STOPV	終了電圧値の設定
STORE	パネル内容をメモリに保存
TRIGGER	トリガの設定
VSET	電圧値の設定
WAIT	ウェイト機能の設定